



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
FEDERAL SERVICE OF HEALTH CARE AND SOCIAL DEVELOPMENT CONTROL

**РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
REGISTRATION CERTIFICATE**

№ ФСЗ 2008/02225

от 7 августа 2008 года

Срок действия: не ограничен.

Настоящее удостоверение выдано

"Мектрон С.Пи.Эй", Италия,

Mectron S.p.A., Via Loreto,15/A,16042,Carasco-GE,Italy

и подтверждает, что изделие медицинского назначения (изделие медицинской техники)

Аппараты ультразвуковые для профилактики стоматологических

заболеваний Piezo Smart, Micropiezo s, Compact Piezo P2K

с принадлежностями (см.приложение на 2 листах):

производства

"Мектрон С.Пи.Эй", Италия,

Mectron S.p.A., Via Loreto,15/A,16042,Carasco-GE,Italy.

класс потенциального риска 2а

ОКП 94 5220

соответствующее комплекту регистрационной документации

КРД № 26273 от 11.06.2008

приказом Росздравнадзора от 7 августа 2008 года № 6306-Пр/08

разрешено к импорту, продаже и применению на территории Российской Федерации

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения
и социального развития

И.В. Юргель



Информация получена с официального сайта
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения

www.goszdravnadzor.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
ATTACHMENT

Лист 1

№ ФСЗ 2008/02225

I. Аппарат ультразвуковой для профилактики стоматологических заболеваний
Piezo Smart:

1. Корпус аппарата.
2. Ультразвуковой наконечник.
3. Ключ для насадок.
4. Алюминиевый контейнер для стерилизации наконечника.
5. Контейнер для стерилизации насадок.
6. Педальный выключатель с кабелем и штекером.
7. Перистальтический насос.
8. Адаптер для сети.
9. Шланг для ультразвукового наконечника.
10. Емкость для жидкости - 2 шт.
11. Крышка емкости для жидкости - 2 шт.
12. Упаковочная коробка.
13. Инструкция по эксплуатации.
14. Гарантийный талон.
15. Индикатор износа насадок.

II. Аппарат ультразвуковой для профилактики стоматологических заболеваний
Micropiezo s:

1. Корпус аппарата.
2. Ультразвуковой наконечник.
3. Преобразователь напряжения со штекером.
4. Педальный выключатель с кабелем и штекером.
5. Шланг для подачи воды.
6. Ключ для насадок.
7. Контейнер для стерилизации насадок.
8. Фильтр для воды.
9. Бокс для наконечника.
10. Шланг для ультразвукового наконечника.
11. Упаковочный чемодан.
12. Упаковочная коробка.
13. Инструкция по эксплуатации.
14. Гарантийный талон.
15. Индикатор износа насадок.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения
и социального развития**

7 августа 2008 года



Н.В. Юргель

Информация получена с официального сайта
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения

www.goszdravnadzor.ru

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
ATTACHMENT**

№ ФСЗ 2008/02225

Лист 2

III. Аппарат ультразвуковой для профилактики стоматологических заболеваний
Compact Piezo P2K:

1. Модуль ультразвукового генератора.
2. Регулятор мощности ультразвука с проводами и штекером.
3. Ультразвуковой наконечник и набор контактов.
4. Ключ для насадок.
5. Алюминиевый контейнер для стерилизации.
6. Контейнер для стерилизации насадок.
7. Шланг для ультразвукового наконечника.
8. Упаковочная коробка.
9. Инструкция по эксплуатации.
10. Гарантийный талон.
11. Индикатор износа насадок.

IV. Принадлежности:

1. Насадки ультразвуковые : S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, P1, P2, P3, P4, P10, P11, P12, P13, P14, E1, E2, R1, R2, R3, R4, R5, D1, D2, D3, D4, ER1, ER2, ER3, ER4, ER5, CM1, CM2, CM3, CM4.
2. Эндодонтические файлы.
3. Ключ для фиксации эндодонтических файлов.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения
и социального развития

7 августа 2008 года



Н.В. Юргель

Информация получена с официального сайта
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения

www.goszdravnadzor.ru