



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
FEDERAL SERVICE OF HEALTH CARE AND SOCIAL DEVELOPMENT CONTROL

**РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
REGISTRATION CERTIFICATE**

№ ФСЗ 2011/10014

от 24 июня 2011 года

Срок действия: не ограничен.

Настоящее удостоверение выдано

"Элексион АГ", Германия,

Elexhion AG", Schützenstrasse 84, 78315 Radolfzell, Germany

и подтверждает, что изделие медицинского назначения (изделие медицинской техники)

Установка лазерная стоматологическая диодная Claros Pico
с принадлежностями (см. Приложение на 1 листе)
производства

"Элексион АГ", Германия,

Elexhion AG, Schützenstrasse 84, 78315 Radolfzell, Germany

класс потенциального риска 2б

ОКП 94 4420

соответствующее комплекту регистрационной документации

КРД №11048 от 01.04.2011

приказом Росздравнадзора от 24 июня 2011 года №3649-Пр/11

разрешено к импорту, продаже и применению на территории Российской Федерации

Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения
и социального развития

Е.А. Тельнова



018130

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ**

ATTACHMENT

Лист 1

№ ФСЗ 2011/10014

I. Установка лазерная стоматологическая диодная Claros Pico:

1. Лазер стоматологический диодный Claros Pico с наконечником.
2. Инструкция по эксплуатации.


II. Принадлежности:

1. Наконечник многофункциональный Handpiece MultiFlex.
2. Насадки для хирургии Pico Chirurgie: 200 мкм, 300 мкм, 400 мкм, 600 мкм (от 1 до 4 шт.).
3. Насадка для эндодонтии Pico Endo 200 мкм.
4. Насадки для пародонтологии Pico Para: 300 мкм, 400 мкм (от 1 до 2 шт.).
5. Насадка стеклянная для терапии и отбеливания Pico T 6 мм.
6. Насадки (стартовый набор):
 - 6.1. Насадки для хирургии Pico Chirurgie: 200 мкм, 300 мкм, 400 мкм, 600 мкм (от 1 до 4 шт.).
 - 6.2. Насадка для эндодонтии Pico Endo 200 мкм.
 - 6.3. Насадки для пародонтологии Pico Para: 300 мкм, 400 мкм (от 1 до 2 шт.).
7. Очки защитные Pico protect (от 1 до 3 шт.).
8. Батарея перезаряжаемая Pico battery pack.
9. Подставка Table Stand.
10. Оптоволокно с наконечником.
11. Устройство для зарядки батареи Charger.

Z

Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения
и социального развития

24 июня 2011 года



Е.А. Тельнова

016243